

1. ВАЖНО! Во время лечения медицинским прибором Лидомед-БИО ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать питьевой режим! (30 мл/1 кг веса).

2. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение терапии неисправным прибором. Если Вы обнаружили какие-либо проблемы в работе прибора, немедленно прекратите лечебные процедуры и обратитесь к производителю.

### 3. Противопоказания к применению:

#### Абсолютные:

- Наличие имплантируемого электрокардиостимулятора
- Наличие трансплантируемых органов
- Дети до 1 года.

#### Относительные:

- Доброкачественные и злокачественные новообразования
- Нарушение свёртываемости крови
- Острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения
- Беременность (первый триместр)
- Эпилепсия
- Индивидуальная непереносимость электромагнитного влияния
- Психические заболевания
- Состояние острого алкогольного опьянения.

4. Для достижения максимального терапевтического эффекта располагайте прибор в зонах наиболее приближенных к очагу возникновения болезни (например, при заболеваниях сердца, в области грудной клетки).

5. Во время применения контактного метода терапии, не скрещивайте ноги и руки, не замыкайте электроды между собой.

6. В процессе терапии возможно обострение основного заболевания, которое может сопровождаться общим недомоганием, слабостью, диареей, учащением мочеиспускания, жаждой, сонливостью, температурной реакцией. В этом случае следует увеличить интервал между сеансами для улучшения самочувствия.

Если вы не делаете рекомендуемых перерывов, то симптомы интоксикации (побочные эффекты) будут выражаться еще болезненнее и вам потребуется принимать большое количество воды и сорбентов на протяжении дня. Рекомендуем делать перерывы в лечении. Все реакции могут наблюдаться только в первые две недели применения прибора. Данные явления связаны с индивидуальной реакцией организма на волновые воздействия устройства и свидетельствуют об усилении выделительных реакций загрязненного организма. В некоторых случаях возможно появление реакций в более поздние

сроки и сохранение дискомфортного состояния в течение 1 месяца после начала применения устройства.

**ВНИМАНИЕ!** Не допускается длительная (более 3-5 секунд) фиксация выносного электрода на теле без движения.